

檢驗項目：Closteridium toxin A+B

檢驗代碼：130291/130281

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：糞便檢體

採檢容器：無菌塑膠盒

報告時效：3~5 天

參考區間：NEGATIVE

危險值：無

臨床意義：Clostridium difficile 會引起偽膜性腸炎。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：使用已經被保存在 10% 的福馬林糞便檢體。

是否需患簽署同意書：否。

注意事項：1 採檢後立即送檢，若不能立刻送置檢驗室應置於 4°C 冰箱。

2. 住院超過三天且經醫師診斷不是腸胃炎病人時，不要持續送檢常規的 Stool Culture，應考慮 Clostridium difficile 引起的偽膜性腸炎。